
221光电光路说明

一. 介绍

组内光电器件测试所用光路，包含Fs–Pro源表、电动位移台、以及三种光源。可以在每周日221预约群中登记并使用。

二. 光路图



三. 注意


① 激光危险！！操作光学元件需遵守安全准则。


② 光学平台上零件众多，一切操作需要谨慎。

③在进行光电器件测试时，不要干扰其他同样在光学平台上进行的其他实验

④ 根据自己的需求，选择光源，并用翻折镜切换。进行翻折时必须轻拿轻放。

⑤ 光路上的光学元件分为2类，一般可操作（蓝色标记）和管理员负责（红色标记）。





⑥ 如果需要光路纠偏，一般同学只可调整蓝色标记元件。调节后仍不正常则联系管理员。

⑦ 任何擅自调整管理员元件者，必暂停预约权限并群内通告。

扣分点	危害性	危害性
未经允许、擅自调节光路	影响实验进度	严重
携带反光物进入光路	激光损伤	严重
携带易燃物（纸、泡沫类）进入光路	着火风险	严重
激光器未及时关闭	影响仪器寿命	严重
电动位移台未及时归位	影响仪器寿命	轻